



Spis. zn.: MP/00174/2019/03

Č.j.: MP/00554/2019

Vyřizuje: Tomáš Kocour, e-mail: kocour@mestopacov.cz, tel.: 565 455 165, 723 605 436

V Pacově dne 15.1.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (DÁLE JEN „VYSVĚTLENÍ“)

dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona s názvem

Dodávka elektrických polohovacích lůžek s příslušenstvím do novostavby domu sociálních služeb v Pacově

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Pacov
Sídlo:	náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ:	00248789
DIČ:	CZ00248789
Zastoupený:	Ing. Lukášem Vlčkem - starostou města Tomášem Kocourem – místostarostou města
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov
Číslo účtu:	27-0622171349/0800
Telefon:	565 455 111
Fax:	565 455 155
E-mail:	podatelna@mestopacov.cz
Web:	www.mestopacov.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Tomáš Kocour, tel.: 723 605 436, e-mail: kocour@mestopacov.cz

Zadavatel obdržel dne 11.1.2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz účastníka č. 1: Zadavatel v příloze č. 5 – označení INT 038 specifikace lůžka mimo jiné požaduje – elektrická brzda ruční ovl. Tento parametr ovládání nemá žádný vliv na funkci lůžek pro sociální služby a jen zvýhodňuje určitého výrobce. Tento parametr je v rozporu s odstavcem číslo 8.1. a 8.3. poskytnuté zadávací dokumentace a považujeme ho za diskriminační. Může uchazeč nabídnout – centrální brzda, lůžko možno odbrzdít v jakékoliv výškové pozici, minimálně 4 kolečka o průměru minimálně 50 mm, centrální brzdění celého podvozku jedním úkonem?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: Zadavatel trvá na parametru elektrická brzda ruč. ovl, neboť lůžka jsou určena do domu se zvláštním režimem a to konkrétně do pokojů, kde budou umístěni senioři trpící Alzheimerovou chorobou či jinou formou stařecké demence. Zadavatel vychází z požadavků provozovatele domu se zvláštním režimem, které byly stanoveny na základě dlouholetých zkušeností s péčí o klienty trpící Alzheimerovou chorobou či jinou formou stařecké demence, kdy pro zajištění bezpečnosti klienta i jeho spolubydlícího na pokoji se jeví jako nutné mít lůžko opatřené elektrickou brzdou řízenou ručním ovladačem.

Tomáš Kocour
místostarosta