



Spis. zn.: MP/00174/2019/04

Č.j.: MP/00554/2019

Vyřizuje: Tomáš Kocour, e-mail: kocour@mestopacov.cz, tel.: 565 455 165, 723 605 436

V Pacově dne 29.1.2019

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 (DÁLE JEN „VYSVĚTLENÍ“)

dle § 98 odst. 3 zákona a § 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona s názvem

Dodávka elektrických polohovacích lůžek s příslušenstvím do novostavby domu sociálních služeb v Pacově

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Pacov
Sídlo:	náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ:	00248789
DIČ:	CZ00248789
Zastoupený:	Ing. Lukášem Vlčkem - starostou města Tomášem Kocourem – místostarostou města
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov
Číslo účtu:	27-0622171349/0800
Telefon:	565 455 111
Fax:	565 455 155
E-mail:	podatelna@mestopacov.cz
Web:	www.mestopacov.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Tomáš Kocour, tel.: 723 605 436, e-mail: kocour@mestopacov.cz

Zadavatel obdržel dne 24.1.2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

1) Zadavatel uvádí v položce INT 038 v popisu výrobku:

Ložná plocha a podvozek lůžka

4-dílná ložná plocha, rám lakovaný s možností oddělit ložnou plochu pro lepší čištění lůžka, **vnitřní rozměry 200 x 90 cm (s tolerancí ± 4 cm)**, možnost prodloužení lůžka minimálně o 20 cm pomocí lanka s pojistkou, polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, současně polohování zádového a stehenního dílu, rukojeť s hrazdou, zádový díl musí mít délku minimálně 80 cm

Výškový zdvih - zdvih lůžka pomocí elektromotoru od maximálně 25 cm do minimálně 80 cm, 3 automatické výšky nastavení lůžka

Podvozek - centrální brzda, lůžko možno odbrzdít v jakékoliv výškové pozici, minimálně 4 kolečka o průměru minimálně 50 mm, **centrální brždění celého podvozku jedním úkonem, elektrická brzda ruční ovl.**

Uvedené parametry poukazují na jedinečný výrobek pouze jediného výrobce a jsou tedy pro jiné stejně kvalitní evropské výrobce diskriminační. Zadavatel deklaruje v bodě 8.3 Zadávací dokumentace vůli umožnit účastníkům ve svých nabídkách použití jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. Umožní Zadavatel následující technické změny, které povedou k nediskriminaci uchazečů a neovlivní kvalitativní standard výrobku?

Dotaz č. 1: Zadavatel uvádí **vnitřní rozměry ložné plochy 200 x 90 cm (s tolerancí ± 4 cm)** Uvedené rozměry jsou shodné s rozměry matrace a udává je takto ve své technické dokumentaci jeden konkrétní výrobce. Pokud jiný výrobce udává vnitřní rozměry ložné plochy 205 x 90 cm, vzniká rozdíl v toleranci 1 cm, který vypovídá o obdobném technickém řešení a neovlivní žádnou funkcionalitu lůžka, neboť požadované venkovní rozměry lůžka **2080x1080 ± 4 cm** tímto řešením nejsou dotčeny. **Umožní Zadavatel rozměry ložné plochy 205x90 cm, při zachování tolerance venkovních rozměrů?**

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Uvedené technické zadání nemá pouze 1 evropský výrobce, toto technické zadání splňuje více evropských výrobců. Zadávací dokumentace vychází z praxe a zkušeností provozovatele domu sociálních služeb a dále ze stavební připravenosti novostavby. Délku ložné plochy požaduje zadavatel klasickou, základní, tedy 200 x 90 cm s uvedenou standardní a běžnou tolerancí (± 4 cm), tolerance je navíc logicky myšlena pouze na šířku matrace.

Tolerance vnějšího rozměru šířky lůžka (± 4 cm) byla v zadávací dokumentaci uvedena chybně, správně měla být uvedena tolerance vnějších rozměrů šířky lůžka (± 2 cm), neboť s lůžkem musí být možné projet stávajícím vstupním otvorem dveří. Upozorňujeme, že dodavatel ve svém dotazu chybně uvedl vnější šířku lůžka v hodnotě 108 cm, kdežto zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí šířku 1060 mm.

Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům soupis dodávek, ve kterém je uvedena správná tolerance vnější šířky lůžka tedy 1060 mm (± 2 cm). Upravený soupis dodávek tvoří přílohu tohoto vysvětlení. Aby nedošlo k pochybnostem, uvádí zadavatel, že vnější délka lůžka musí být 2080 mm a vnitřní délka lůžka musí být 2000 mm. Jak vnější, tak i vnitřní šířka lůžka je přípustná v mezích shora uvedených tolerancí.

Zadavatel v lůžkách bude používat stávající aktivní matrace s kompresorem a tudíž zadavatel neumožní rozměry ložné plochy v délce 205 cm.

Dotaz č. 2: Zadavatel popisuje jedinečné technické řešení jednoho výrobce s „elektrickou centrální brzdou“. **Umožní Zadavatel mechanické řešení pomocí pedálu s centrální brzdou pro osy lůžka, které neovlivní komfort klienta, je intuitivní a vylučuje možnost náhlé poruchy ovlivněné výpadkem elektrického napájení při potřebě rychlého odbrždění a manipulace s klientem?**

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Jak již bylo uvedeno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, Zadavatel trvá na parametru elektrická brzda ruč. ovl, neboť lůžka jsou určena do domu se zvláštním režimem a to konkrétně do pokojů, kde budou umístěni senioři trpící Alzheimerovou chorobou či jinou formou stařecké demence. Zadavatel vychází z požadavků provozovatele domu se zvláštním režimem, které byly stanoveny na základě dlouholetých zkušeností s péčí o klienty trpící Alzheimerovou chorobou či jinou formou stařecké demence, kdy pro zajištění bezpečnosti klienta i jeho spolubydlícího na pokoji se jeví jako nutné mít lůžko opatřené elektrickou brzdou řízenou ručním ovladačem. Provozovatel toto technické řešení používá již několik let a v praxi se maximálně osvědčilo.

2) *Zadavatel uvádí v položce INT 039 v popisu výrobku:*

Matrace

Základní vlastnosti

nosnost min. 180 kg, rozměr dle LP lůžka

Výška matrace min. 14 cm

Musí splňovat požadavky na prevenci III. stupně proti dekubitům

Možnost "rotace", přehazování matrace - nohy, hlava
madla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci

Jádro

dvouvrstvé složení matrace, slepené z několika typů pěn, základní, nosné jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílů, vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, materiál nehořlavý, Hustota materiálu min 41 a 50 kg/m³

Potah

paropropustný a voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), **spoje potahu svařované, bezešvé, zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění**, potah pružný ve všech směrech - snadno snímatelný, na potahu piktogramy sloužící pro orientaci při rotaci matrace, **spodní strana potahu z hrubého, kluzného materiálu.**

Složení potahu (PU + PVC), nehořlavý

Dotaz č. 3: Zadavatel ve specifikaci uvádí „**spoje potahu svařované, bezešvé, zip po celém obvodu matrace**“ Není nám jasné řešení, které by zajistilo svaření dvou nesourodých materiálů, tj. zipu s potahem. Jak je tedy přesně zamýšlena část specifikace, spoje potahu svařované, bezešvé, zip po celém obvodu matrace? **Umožní Zadavatel obvykle používané technické řešení potahu matrace se zipem a „okapničkou“, které zajistí komfort klientů a svařované spoje potahu v jeho rozích?**

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje následující technické řešení: svařované spoje komplet na všech stranách matrace, mimo spodní, hrubou stranu matrace, kde mohou být spoje šité. Zip po celém obvodu může být všitý, ale pod svařovanou okapničkou.

Zadavatel obdržel dne 29.1.2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz dodavatele: Chtěl bych Vás poprosit o informaci, jaký je rozpočet na zakázku – lůžka, matrace, noční a servírovací stolky pro novostavbu domu sociálních služeb Pacov

Odpověď zadavatele: Zadavatel není povinen uveřejňovat předpokládanou hodnotu zakázky.

Zadavatel zároveň se zveřejněním tohoto vysvětlení odeslal ke zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie změnu termínu pro podání nabídek. Poté, co bude změna termínu uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, uveřejní zadavatel na profilu zadavatele v souladu se zákonem Změnu termínu pro podání nabídek jako doplnění zadávací dokumentace č. 3.

Tomáš Kocour
Místostarosta

Příloha:
Soupis dodávek